Триглицериды (Triglycerides FL)



Product Categories: Липиды и Липопротеины
Product Page: http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/trigliceridy-triglycerides-fl/

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Триглицеридов в сыворотке, плазме крови

Кат.№	Фасовка набора
TR F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
TR F400 VL	400 мл (4x100 мл+1x5 мл стандарт)
CT F1000 VL	1000 мл (4x250 мл++1x5 мл стандарт)

Product Description

Триглицериды (Triglycerides FL) Время измерения - 5 минут
Ферментативно: гидролиз триглицеридов, окисление Глицерола ? H2O2
Измерение по конечной точке, Пероксидаза: H2O2 + p-Хлорфенол + 4-Аминоантипирин ? Хинонимин (Реакция Триндера)
Монореагент/жидкий
Линейность - 1000 мг/дл (11,5 ммоль/л)
Чувствительность - 0,69 мг/дл
510 нм (480-520) Абсорбция:?Хинонимина, наблюдаемый красный цвет
Стандарт 200 мг/дл (2,26 ммоль/л)
Общий срок годности набора - 3 года
Температура хранения набора 2-8°C
Анализируемый образец: сыворотка, плазма (ЭДТА)

* При использовании плазмы (ЭДТА) полученный результат нужно преобразовывать умножив на 1,03, получая значение, эквивалентное сыворотки.
** Липимические пробы могут нуждаться после размораживания в нагреве до 37°C с последующим интенсивным взбалтыванием.