Холестерин (Cholesterol FL)

Product Categories: Липиды и Липопротеины
Product Page: http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/xolesterin-cholesterol-fl/

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Холестерина в сыворотке, плазме крови

Кат.№	Фасовка набора
CT F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
CT F400 VL	400 мл (4x100 мл+1x5 мл стандарт)
CT F1000 VL	1000 мл (4x250 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Холестерин (Cholesterol FL) Время измерения - 5 минут
Ферментативно: гидролиз эфиров холестерина, окисление Холестерина ? H2O2
Измерение по конечной точке, Пероксидаза: H2O2 + p-Хлорфенол +4-ААП ? Хинонимин (Реакция Триндера)
Монореагент/жидкий
Линейность - 700 мг/дл (18,1 ммоль/л)
Чувствительность - 1 мг/дл (0,03 ммоль/л)
510 нм (480-520) Абсорбция:?Хинонимина, наблюдаемый красный цвет
Стандарт 200 мг/дл (5,17 ммоль/л)
Общий срок годности набора - 2 года
Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма (ЭДТА)