Хлор (Chlorides)

Product Categories: Водно-электролитный обмен
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/vodno-elektrolitnyj-obmen/xlor-chlorides/

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Хлоридов в сыворотке, плазме, пот.

Кат.№	Фасовка набора
CL F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
CL F500 VL	400 мл (4x125 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Хлориды (Chlorides)
Метод с Тиоцианатом ртути
2Cl-+ Hg(SCN)2 ? HgCl2 + 2SCN-
Измерение по конечной точке: SCN- + Fe3+ ? FeSCN
Монореагент/жидкий
Линейность - 200 мЭкв/л (200 ммоль/л)
Чувствительность - 1,5 мЭкв/л 0,13ммоль/л
480 нм (460-500) Абсорбция:?FeSCN, наблюдаемый красный цвет
Стандарт 100 мЭкв/л (100 ммоль/л)
Общий срок годности набора - 4 года
Температура хранения набора 15-25°C
Анализируемый образец: сыворотка (предпочтительно), гепарин-плазма, пот, моча 1:2 (деионизованная вода)

* Быстро отделить клетки от плазмы