

Лютеинизирующий гормон

Product Categories: [Репродуктивной системы](#), [Передняя доля гипофиза](#), [Репродуктивной системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/reproduktivnoj-sistemy/lyuteiniziruyushhij-gormon/>

Product Summary

Кат.№ ИФ02-06 VL

- 96 определений
- 6 калибровочных проб
- 1 проба контроль
- 41 образец в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

- Лютеинизирующий гормон Метод: Одностадийный «сэндвич» ИФА
- Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C
- Ферментативная реакция - 10-15 мин при + 37°C
- Чувствительность: не более 0,25 МЕ/л
- Специфичность: не наблюдается с другими белками сыворотки
- Диапазон определяемых концентраций: 0,25 - 120 МЕ/л
- Объём образца - 20 мкл
- 450 нм (ТМБ)
- Норма ЛГ: у мужчин 1,6 -8,7 МЕ/л пик овуляции 15-50 МЕ/л, постменопауза 13-90 МЕ/л