

Прогестерон

Product Categories: [Репродуктивной системы](#), [Репродуктивной системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/reproduktivnoj-sistemy/progesteron/>

Product Summary

Кат.№ ИФ02-03 VL

- 96 определений
- 7 калибровочных проб
- 1 проба контроль
- 40 образцов в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

Прогестерон
Метод: Одностадийный конкурентный ИФА
Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C
Ферментативная реакция - 10 -15 мин при + 37°C
Чувствительность: не более 0,4 нмоль/л
Специфичность: с дезоксикортикостероном-0,07%, с кортикостероном - 0,03% кортизолом - 0,01%, другими стероидами-0,01%
Диапазон определяемых концентраций: 0,4 - 100 нмоль/л
Объём образца - 20 мкл
450 нм (ТМБ)
Норма ПГ: женщины фолликулярной фазе менее 0,5 нмоль/л, лютеиновой фазе 6 -70 нмоль/л, беременность > 100 нмоль/л, мужчин 0,4-3,5 нмоль/л