

Общий тироксин

Product Categories: [Щитовидной железы](#), [Щитовидной железы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/shhitovidnoj-zhelezy/obshhij-tiroksin/>

Product Summary

Кат.№ ИФ01-03 VL 96 определений

6 калибровочных проб

1 проба контроль

41 образец в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

Общий тироксин Метод: Одностадийный конкурентный ИФА

Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция - 10 -15 мин при + 37°C

Чувствительность - не более 5,0 нмоль/л

Специфичность - перекрёсность с Т3 0,9%, с Т4 — 0,001%,

Диапазон определяемых концентраций: 5,0 - 300 нмоль/л

Объём образца — 20 мкл

450 нм (ТМБ)

Норма ТТ4: 50 - 150 нмоль/л