

Тиреоглобулин

Product Categories: [Щитовидной железы](#), [Щитовидной железы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/shhitovidnoj-zhelezy/tireoglobulin/>

Product Summary

Кат.№ ИФ01-05 VL 96 определений

7 калибровочных проб

1 проба контроль

40 образцов в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

Тиреоглобулин Метод: Одностадийный «сэндвич» ИФА

Иммунохимическая реакция — 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция — 10-15 мин при + 37°C

Чувствительность: не более 1,0 нг/мл

Диапазон определяемых концентраций: 1,0 — 400 нг/мл

Объём образца — 50 мкл

450 нм (ТМБ)

Норма ТГ: 1,0 — 50,0 нг/мл