Гистопроцессор Mt Point TLP-144

Product Categories: Гистопроцессоры
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/provodka/gistoprocessory/gistoprocessor-mt-point-tlp-144/

Product Summary

Кат.№ ГПЛТ144 VL
2 корзины на 144 кассеты. Вентиляция и удаление паров. Отложенный старт и датчики защиты материала от высыхания.

Product Description

Гистопроцессор Mt Point TLP-144
Описание
Гистологический процессор линейного типа – аппарат для гистологической проводки ткани человеческого, животного и растительного происхождения. Широко используется в больницах, исследовательских учреждениях и бюро судебно-медицинской экспертизы при гистологической диагностике и исследованиях на животных или растительных клетках.
Преимущества
Защита от заклинивания: если перемещаемая корзина встретит какое-либо препятствие на пути или при погружении в резервуар, то процессор возвратит корзину в первую емкость для защиты образца ткани
Специальная крышка для емкости с несколькими прокладками для герметичности, что минимизирует потери жидкости при проводке
Стеклянная крышка прибора, уплотнительные ленты и двухслойный угольный фильтр обеспечат безопасность воздушного пространства в комнате
Большой LCD дисплей отображает текущую стадию процесса и условия проводки. Осуществимо ручное регулирование процессорного времени.
Электромагнитный механизм передвигает корзинку согласно программе проводки
TLP 144 может передвигать 2 корзинки в одно и то же время (по очереди). Корзинки взаимно независимы, что позволяет Вам осуществлять одновременную проводку разных видов тканей по разным протоколам.
Защитный механизм в случае отключения питания: 1) Вы можете выбрать, какой резервуар будет являться «защитным» резервуаром для тканевых образцов. Когда корзина находится вне защитного резервуара, либо в нем, и электричество отсутствует менее чем 5 мин, то корзина будет оставаться в текущем резервуаре с реагентом и продолжит свою программу проводки, как только возобновится подача электричества 2) Если электричество будет отсутствовать более чем 5 мин, корзина автоматически будет перенесена в защитную емкость. 3) В случае если корзина находилась в емкости с парафином, система продолжит программу проводки после полного нагрева парафина до заданной температуры
Гистологический процессор TLP 144 дает информацию об успешном завершении программы проводки с индикацией о стабильности энергоснабжения, если перебои в подаче электричества отсутствовали.
Технические характеристики № Наименование TLP-144

1
Количество корзин
2

2
Количество станций

14 (10 для реагентов и 4 для парафина)

3
Количество сохраняемых программ
8 (4 группы)

4
Объем каждого резервуара
1.3Л

5
Максимальная разовая загрузка
144 стандартные кассеты

6
Время встряхивания в каждой позиции
5-30 сек две корзины по очереди каждые 5 мин.

7
Диапазон выдержки в каждой станции
от 1 мин до 99 часов 59 мин

8
Вместимость в 1 корзине
72 кассеты, 56 ячеек для крупных и 120 для мелких образцов

9
Защита образцов при аварийных остановках
Наличие, через парковочную емкость

10
Меню панели управления
Русскоязычное

11
Корректировка программы во время проводки
Наличие

12
Задержка для стекания реагентов
2 сек ~ 99 сек , (По умолчанию :20 сек)

13
Возможность отсроченного старта
в пределах 0~48 час

14
Правка протокола проводки во время работы
Наличие

15

Система защиты от вредных испарений
Крышка прибора, крышки резервуаров, угольный фильтр.,

16
Питание
220В±10% 50/60Гц или 110В±10% 50/60Гц

17
Потребляемая мощность
450 Вт

18
Размеры (Ш?Г?В)
1247?470 ? 550 мм

19
Вес
Около 75 кг

Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1007 от 08.08.2013г