

Общий IgE человека

Product Categories: [Тест-системы на аллергодиагностику](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/fotometriya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya/absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/immunofermentnyj-analiz-absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/test-sistemy-na-allergodiagnostiku/obshhij-ige-cheloveka/>

Product Summary

Кат.№ ИФ05-01 VL 96 определений

6 калибровочных проб

1 проба контроль

41 образец в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

Общий IgE человека Метод: Одностадийный «сэндвич» ИФА

Иммунохимическая реакция — 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция — 10-15 мин при + 37°C

Чувствительность: не более 2,0 МЕ/мл

Специфичность: перекрёстность не наблюдается с Ig изотипов G и M

Диапазон определяемых концентраций: 2,0 — 500 МЕ/мл

Объём образца — 20 мкл

450 нм (ТМБ)

Значение в норме: 2,0 — 150 Ед/мл