

Антиген СА 125

Product Categories: [Тест-системы онкомаркёров](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/fotometriya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya/absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/immunofermentnyj-analiz-absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/test-sistemy-onkomarkyrov/antigen-sa-125/>

Product Summary

Кат.№ ИФ04-06 VL 96 определений

6 калибровочных проб

1 проба контроль

41 образец в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 15 мес

Product Description

Антиген СА 125 Метод: Одностадийный «сэндвич» ИФА

Иммунохимическая реакция — 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция — 15 мин при + 37°C

Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл

Специфичность: перекрёстность не наблюдается с белками сыворотки крови

Диапазон определяемых концентраций: 0,5 — 500 Ед/мл

Объём образца — 25 мкл

450 нм (ТМБ)

Значение в норме: 0,5 — 35 Ед/мл