С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (СРБ)

Product Categories: Ревматоидные заболевания
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmaticheskie-zabolevaniya-lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmatoidnye-zabolevaniya/c-reaktivnyj-belok-srb/

Product Summary

Кат.№1033CVL100 Кат.№1033CVL250 Кат.№1033CVL500

Набор реагентов для определения С-реактивного белка методом латекс-агглютинации.

Product Description

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (СРБ)
Принцип метода
Реакция преципитации между С-реактивным белком (СРБ) и частицами латекса, сенсибилизированными анти-СРБ антителами. В случае присутствия СРБ в образце, в результате агглютинации происходит образование комплекса "антиген-антитело", в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически.
Чувствительность теста - 6 мг/дл
Образцы для исследования: Сыворотка не липемическая и без гемолиза.
Хранение набора: 2-8°С
Срок годности набора при температуре 2-8°С: 2 года
Состав набора
1033CVL100
СРБ-реагент - 1 мл
СРБ-положительный контроль - 0,1 мл
СРБ-отрицательный контроль - 0,1 мл
Дилюент 0,9% -
Слайд - 1 шт.
Палочки для смешения - 50 шт.
1033CVL250
СРБ-реагент - 2,5 мл
СРБ-положительный контроль - 0,25 мл
СРБ-отрицательный контроль - 0,25 мл
Дилюент 0,9% - 5 мл
Слайд - 2 шт.
Палочки для смешения - 100 шт.
1033CVL500
СРБ-реагент - 5,0 мл
СРБ-положительный контроль - 0,25 мл
СРБ-отрицательный контроль - 0,25 мл
Дилюент 0,9% - 5 мл
Слайд - 2 шт.
Палочки для смешения - 100 шт.