

Набор контрольных растворов белка мочи

Product Categories: [Белок с пирогалловым красным](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/absorbciya-issledovanie-mochi/kontrolnye-materialy-absorbciya-issledovanie-mochi/pirogallovyyj-metod/nabor-kontrolnyx-rastvorov-belka-mochi/>

Product Summary

Кат.№КРПК VL

Набор контрольных растворов белков мочи предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с пирогаллолом красным.

4фл.х2 мл - четырёх интервалов концентраций

* см. ниже подробное описание

Product Description

Набор контрольных растворов белка мочи

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор контрольных растворов белков мочи предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с пирогаллолом красным.

СОСТАВ КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Стабилизированный раствор белка (70% альбумина и 30% глобулина)

СОСТАВ НАБОРА

4фл.х2 мл - четырёх интервалов концентраций

ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИЙ

0,1-1,5 г/л

КВ не более 7%

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ НАБОРА

Срок годности набора при 2-8°C – 12 месяцев

Вскрытых флаконов при 2-8°C не более – 14 дней

ОБОРУДОВАНИЕ

Анализаторы, Спектрофотометры