

# Контрольный материал для исследования мочи на анализаторе

Product Categories: [Контрольные материалы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/reflektometriya-issledovanie-mochi/kontrolnye-materialy-reflektometriya-issledovanie-mochi/kontrolnyj-material-dlya-issledovaniya-mochi-na-analizatore/>

## Product Summary

Кат.№КММ/АМ VL

Набор контрольных растворов предназначен для оценки результатов исследования мочи с использованием тест-полосок и анализаторов мочи

2фл.капел.х5 мл (уровень 1 и уровень 2)

1фл. – 150 исследований

\* см. ниже подробное описание

## Product Description

Контрольный материал для исследования мочи на анализаторе НАЗНАЧЕНИЕ

Набор контрольных растворов предназначен для оценки результатов исследования мочи с использованием тест-полосок и анализаторов мочи

ПОКАЗАТЕЛИ

- Белок
- Кетоны
- Глюкоза
- Кровь/гемоглобин
- Нитриты
- Удельная плотность
- pH

СОСТАВ КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Стабилизированный буферный раствор исследуемых веществ

СОСТАВ НАБОРА

2фл.капел.х5 мл (уровень 1 и уровень 2)

1фл. – 150 исследований

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ НАБОРА

Срок годности набора при 2-8°C – 12 месяцев

Вскрытых флаконов при 2-8°C не более – 10 дней

ОБОРУДОВАНИЕ

Анализатор мочи, диагностические тест-полоски