Набор показателей (образцов) контрольной мочи

Product Categories: Контрольная моча на 8 показателей, Контрольные материалы
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/reflektometriya-issledovanie-mochi/kontrolnye-materialy-reflektometriya-issledovanie-mochi/nabor-pokazatelej-obrazcov-kontrolnoj-mochi/

Product Summary

Кат.№КМЧ VL
Набор контрольной мочи предназначен для проведения исследований как количественными, полуколичественными так и качественными методами, контроля качества результатов определения веществ в моче. Контрольная моча изготовлена на основе человеческой мочи и готова к использованию

4фл.х10 мл

*см. ниже подробное описание

Product Description

Набор показателей (образцов) контрольной мочи
НАЗНАЧЕНИЕ
Набор контрольной мочи предназначен для проведения исследований как количественными, полуколичественными так и качественными методами, контроля качества результатов определения веществ в моче. Контрольная моча изготовлена на основе человеческой мочи и готова к использованию
ПОКАЗАТЕЛИ
- Белок (По реакции с ССК, ПРК, диагностические полоски)
- Амилаза (Субстрат EPS)
- Глюкоза (Глюкозооксидазный, диагностические полоски)
- Креатинин (Яффе, по конечной точке, кинетический)
- Мочевина (УФ-уреазный, по реакции с диацетилмонооксимом)
- Мочевая кислота (Уриказный, колориметрический)
- Хлориды (Колориметрический)
- Неорганический фосфор (По реакции с молибденовокислым аммонием)
- pH (Диагностические полоски)
- Удельная плотность (Диагностические полоски)

СОСТАВ КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
Стабилизированная моча человека с установленными значениями исследуемых веществ
СОСТАВ НАБОРА
4фл.х10 мл
ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИЙ *см. прилагаемый паспорт
СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ НАБОРА
Срок годности набора при 2-8°С – 12 месяцев
Вскрытых флаконов при 2-8°С не более – 14 дней
ОБОРУДОВАНИЕ
Биохимический анализатор, наборы реагентов; анализатор мочи, диагностические тест-полоски