Индикаторы серии «Стериконт» (НПФ «ВИНАР», Россия)





Product Categories: Индикаторы воздушной стерилизации

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/sterilizaciya/kontrol-sterilizaciya/indikatory-vozdushnoj-sterilizacii-sterilizaci

Product Summary

Кат.№ИКВССVL

Индикаторы серии «Стериконт» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Индикаторы для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации в КАМЕРЕ стерилизатора (снаружи изделий).

Product Description

Индикаторы серии «Стериконт» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Индикаторы для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации в КАМЕРЕ стерилизатора (снаружи изделий).

Индикаторы ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ химические одноразовые с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, СТЕРИКОНТ-В-160/150, СТЕРИКОНТ-В-180/60 выпускаются в соответствии с ТУ 9443-006-11764404-98 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649.

Стериконт-В-160/150 (500 тестов) Самоклеющийся, снаружи упаковки 280.00 руб

Стериконт-В-160/150 (1000 тестов) Самоклеющийся, снаружи упаковки 480.00 руб

Стериконт-В-180/60 (500 тестов) Самоклеющийся, снаружи упаковки 280.00 руб

Стериконт-В-180/60 (1000 тестов) Самоклеющийся, снаружи упаковки 480.00 руб

Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Тип индикатора выдержка, мин

Product data have been exported from - <u>ВЛ-Медиа</u> Export date: Thu Oct 30 22:40:45 2025 / +0000 GMT

Класс

Температура стерилизации, °C Стерилизационная

Стериконт-В-160/150

4

 160 ± 3

150

Стериконт-В-180/60

4

 180 ± 3

60

Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. Преимущества индикаторов: на каждом индикаторе напечатан эталон конечного цвета индикаторной метки, который она приобретает при соблюдении параметров стерилизации; четкий, контрастный цветовой переход индикатора повышает точность визуального контроля; липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках; индикаторы обеспечивают документирование стерилизации; срок годности индикаторов - 24 месяца.