

Индикаторы серии «СтериТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)



Product Categories: [Индикаторы воздушной стерилизации](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/sterilizaciya/kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-vozdushnoj-sterilizacii-kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-serii-steritest-npf-vinar-rossiya/>

Product Summary

Кат.№ИКВССТВЛ Индикаторы серии «СтериТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации ВНУТРИ изделий

Product Description

Индикаторы серии «СтериТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации ВНУТРИ изделий

Индикаторы ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ трех режимов (160°C/150 мин, 180°C/60 мин, 200°C/30мин.) химические интегрирующие одноразовые с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой СТЕРИТЕСТ-Вл выпускаются в соответствии с ТУ 9398-019-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки, - ВНУТРИ УПАКОВОК И ИЗДЕЛИЙ, СТЕРИЛИЗУЕМЫХ В ВОЗДУШНЫХ СТЕРИЛИЗАТОРАХ согласно ГОСТ 22649.

Индикаторы соответствуют классу 5 (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Стеритет-Вл (500 тестов) Самоклеящийся, внутри упаковки

Стеритет-Вл (1000 тестов) Самоклеящийся, внутри упаковки

Тип индикатора

выдержка, мин

Класс

Температура стерилизации, °C

Стерилизационная

Стеритет-Вл

5

160 ±3

150+5

180 ±3

60+5

200 ± 1

30+5

Преимущества индикаторов:

на каждом индикаторе напечатан эталон конечного цвета индикаторной метки, который она приобретает при соблюдении параметров стерилизации; четкий, контрастный цветовой переход индикатора облегчает визуальный контроль и повышает его точность; липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках; индикаторы обеспечивают документирование стерилизации; срок годности индикаторов - 24 месяца.