Плазма контрольная

Product Categories: Контрольные плазмы

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/kontrolnye-materialy-sistema-gemostaza/kontrolnye-materialy-sistema-gemostaza/plazma-kontrolnya/

Product Summary

Кат № КМ-2

Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем.

Product Description

Плазма контрольная

Состав набора:

Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы - 3 флакона

Плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза - 3 флакона

Плазма контрольная пулированная, собрана от 20 доноров в возрасте 20-40 лет, стабилизирована HEPES-цитратным буфером и лиофильно высушена.

Плазма контрольная предназначена для контроля исследования следующих параметров:

Свертывающая система:

протромбиновое время, в % по Квику;

тромбиновое время, в секундах;

АЧТВ, в секундах;

содержание фибриногена по Клауссу, в г/л

активность факторов внутреннего пути свертывания VIII, IX, XI и XII в %;

активность факторов внешнего пути свертывания II, VII и X, в %;

активность фактора XIII, в %;

активность фактора Виллебранда (ристоцетин-ко-факторная активность), в %.

Противосвертывающая система:

активность антитромбина III, в %;

активность протеина С, в %.

Фибринолитическая система:

активность плазминогена, в %;

активность ингибитора плазмина, в %.