## Набор контрольных плазм для определения антиХа-активности гепарина\*

Product Categories: Контроль гепарина в плазме

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/fiziologicheskie-antikoagulyanty/geparin-v-plazme/nabor-kontrolnyx-plazm-dlya-opredeleniya-antixa-aktivnosti-geparina/

## **Product Summary**

Кат. № ГП-4VL

## **Product Description**

Набор контрольных плазм для определения антиХа-активности гепарина\* Состав набора:

Контрольная плазма с уровнем гепарина 0,4-0,6 анти-Ха МЕ/мл (1,0 мл) – 3 флакона

Контрольная плазма с уровнем гепарина 0,7-1,0 анти-Ха МЕ/мл (1,0 мл) – 3 флакона

Контроль правильности определений проводят с помощью контрольных плазм с 2 уровнями анти-Ха активности гепарина. Контрольные плазмы анализируют вместе с исследуемыми образцами плазмы пациента при определении гепарина с наборами Реахром-Гепарин и Реаклот-Гепарин.

Результат, получаемый с контрольной плазмой, должен укладываться в диапазон значений, указанных в паспорте на данную контрольную плазму.

Контрольные плазмы получены от 20 доноров 20-40 лет, стабилизированы HEPES-цитратным буфером, лиофильно высушены (1,0 мл), содержат разное количество гепарина.

<sup>\*</sup>Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.