

Набор контрольных плазм для определения антиХа-активности гепарина*

Product Categories: [Контроль гепарина в плазме](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/fiziologicheskie-antikoagulyanty/geparin-v-plazme/nabor-kontrolnyx-plazm-dlya-opredeleniya-antixa-aktivnosti-geparina/>

Product Summary

Кат. № ГП-4VL

*Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.

Product Description

Набор контрольных плазм для определения антиХа-активности гепарина*

Состав набора:

Контрольная плазма с уровнем гепарина 0,4-0,6 анти-Ха МЕ/мл (1,0 мл) – 3 флакона

Контрольная плазма с уровнем гепарина 0,7-1,0 анти-Ха МЕ/мл (1,0 мл) – 3 флакона

Контроль правильности определений проводят с помощью контрольных плазм с 2 уровнями анти-Ха активности гепарина.

Контрольные плазмы анализируют вместе с исследуемыми образцами плазмы пациента при определении гепарина с наборами Реахром-Гепарин и Peaklot-Гепарин.

Результат, получаемый с контрольной плазмой, должен укладываться в диапазон значений, указанных в паспорте на данную контрольную плазму.

Контрольные плазмы получены от 20 доноров 20-40 лет, стабилизированы НЕPES-цитратным буфером, лиофильно высушены (1,0 мл), содержат разное количество гепарина.