

АЧТВ-тест (Для автоматов)

Product Categories: [Активированное частичное тромбопластиновое время \(АЧТВ\)](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyy-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-pevoj-fazy-pg-obrazovanie-pr-otrombinazy/aktivirovannoe-chastichnoe-tromboplastinovie-vremya-achtv/achtv-test-dlya-avtomatov/>

Product Summary

Кат. № ПГ-7/1VL

280 - 560 определений

Кат. № ПГ-7/3VL

120 - 240 определений

Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты.

Product Description

АЧТВ-тест (Для автоматов) Состав набора:

АЧТВ - реагент – 7 флаконов,

раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) – 3 флакона

280 - 560 определений

Состав набора:

АЧТВ - реагент – 3 флакона

раствор кальция хлористого 0,025 М (5 мл) – 3 флакона

120 - 240 определений

АЧТВ является одним из наиболее распространенных и чувствительных тестов для выявления широкого диапазона коагуляционных нарушений. АЧТВ изменяется в зависимости от различных количеств фибриногена, активности протромбина, факторов V, VIII, IX, X, XI, XII, других факторов контакта, присутствия специфических ингибиторов факторов свертывания VIII и IX. АЧТВ является широко применяемым методом контроля эффективности парентерального введения гепарина.